



DICTAMEN DE LABORATORIOS Y TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE AMECAMECA

Nombre del Laboratorio o Taller	Hallazgos	Sugerencias
Laboratorio de Básico Multidisciplinario de Nutrición	Falta Puerta de emergencia	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario - Elaborar plan de emergencia.
	Falta mantenimiento preventivo de refrigeradores.	Asignar presupuesto y elaborar cronograma de actividades para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones.
	Falta contacto especial para la Muffa	
	Destilador y MacroKendhal requiere de piezas para funcionar. Campana de extracción, no funciona.	
Laboratorio de Dietología	Lámparas fundidas.	<ul style="list-style-type: none"> - Asignar presupuesto y elaborar cronograma de actividades para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones. - Elaborar plan de emergencia
	Fuga en tarja.	
	No Funcionan las campanas de extracción.	
	Lugar incorrecto de la regadera de emergencia.	
	Falta calibración de: balanza granatarias y digitales.	
Taller de Centro de Atención Nutricional	Crear instalación de servicio con entrada para público en general.	<ul style="list-style-type: none"> - Dar seguimiento al proyecto del nuevo edificio para las nuevas instalaciones.
	No hay orden en el laboratorio	Aplicar orden y limpieza empezando por solicitar estantes para colocar los materiales y equipos.
		Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller
Taller de Lácteos	Estancamiento de líquidos en piso que lo hace resbaloso.	<ul style="list-style-type: none"> - Colocar pintura epóxica al piso
	Mejorar la iluminación.	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
	Falta ventilar áreas con tizne.	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
	Falta regadera de emergencia	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario.
		Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller
Taller de Cárnicos	Falta delimitar áreas.	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
	Faltan extractores de aire.	
		Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller
Taller de Quirófano	Falta equipar al taller.	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
Taller de Anfiteatro	Evaluar la instalación de plomería de todas las mesas.	



DICTAMEN DE LABORATORIOS Y TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE AMECAMECA

	Dotar de insumos para los residuos peligrosos RPBI	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
	Los pisos son resbalosos.	Colocar pintura epóxica al piso
	Problema de inundación	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
	Señalética incompleta.	
	Falta equipo para realizar necropsias: cuchillo, chairas, charolas, sierras, equipo para proyectar (pantalla cañón, laptop), regadera de emergencia, lavaojos, costotomos. Extractor de eólicos y mosquiteros para ventanas.	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
		Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller

Laboratorio de Básico Multidisciplinario de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Regadera de emergencia en lugar incorrecto	Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario
	Falta calibración de los siguientes equipos: : balanza granatarias, refractómetro	
	Faltan equipos como: hidrolavadora.	
	Falta dar mantenimiento preventivo de refrigeradores, congeladores, microscopio óptico y microscopio estereoscópico y centrífuga, llaves de gas y agua en mesas de trabajo.	- Asignar presupuesto y elaborar cronograma de actividades para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones.
	Falta: Instalación eléctrica adecuada.	
	Falta orden y limpieza en el cuarto de materiales	Aplicar orden y limpieza empezando por solicitar un espacio y estantes para colocar los materiales y equipos.
		Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del laboratorio.