




Espacio Universitario: PLANTEL "CUAUHTÉMOC" DE LA ESCUELA PREPARATORIA Titular de la Dirección M. EN ADMÓN. PÚB. Y GOBIERNO RAÚL JUÁREZ TOLEDO Tels. (722) 2720238 Ext. Univ. 5540

Coordinadora y laboratorista	QFB. Eliaabeth Hernández Castillo				Laboratorista turno Vespertino	Manuela Torres Montellano
Descarga	Nombramiento				Grado Académico	T.L.C.
Documento soporte:	2018	2019	2023	2024		
Dictámenes:	2021					

Laboratorio:	BIOLÓGIA					INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo Labs-Talls-Química-Biología				
	Atiende: Bachillerato Universitario Biología	Certificado-2019 Recertificado-20-22 Certificado-2023	Certificado 2024	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN
9. ESTADO DE VENTANAS		10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. LLAVE DE PASO DE AGUA	17. LLAVES DE PASO DE GAS	18. ESTADO DE LOS BANCOS
19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS		20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) ESTADO DE TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD →	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA
28. EXTINTORES		29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO
 Ver % de Funcionalidad	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN →
	47. PROGRAMA DE MTTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS REALIZADAS
	57. INSTALACIONES O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	61. ASIGNATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS: 2	PERSONAL DE LABORATORIO →	62. EL PERSONAL SE CAPACITA	63. ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	64. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	ALMACÉN →
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA
OBSERVACIONES										
2	Se encuentra en 1er piso el laboratorio			4	Se trasmina el agua		16	Y 17 No se cuenta con llave de paso individual		
22	Recomendable instalar llaves de paso			23	No se cuenta con equipo audiovisual		24	No se cuenta con internet		

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVÍNCULO

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN →



28	No se cuenta con extintores recargados.	30	No se cuenta con salida de emergencia	63	Se requiere designar personal para apoyar en la entrega de materiales y atención del laboratorio.
----	---	----	---------------------------------------	----	---

Laboratorio:	FÍSICA			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Electrónica y Talleres						
	Licenciaturas que atiende: BACHILLERATO UNIVERSITARIO	Certificado-2019 Recertificado-20-22 Certificado-2023	Certificado 2024	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. ACCESOS PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN
9. VENTANAS		10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS Y VOLTAJE	13. DRENAJE	14. BANCOS/SILLAS BUEN ESTADO	15. ESTANTES Y GAVETAS EN BUEN ESTADO	16. EQUIPO AUDIOVISUAL	17. INTERNET FUNCIONAL	18. INSTALACIÓN ELECTRICA ADECUADA
19. TABLEROS ELÉCTRICOS		SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	24. PERSONAL DE LAB. CONOCE COLORES DE SEGURIDAD Y FORMAS	25. PERSONAL Y LOS ALUMNOS USAN EPP APROPIADO	26. BOTIQUÍN	27. PLAN DE EMERGENCIA
28. PROTECC. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS		DOCUMENTACIÓN →	29. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO	30. BITACORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	31. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	32. CALENDARIZ. PRÁCTICAS	33. LINEAMIENTOS	34. LINEAM. APROBADOS	35. LINEAM. EXHIBIDOS LUGAR VISIBLE	36. ALINEAM. DIFUNDIDOS USUARIOS
	37. INVENTARIO ACTUALIZADO	38. BITÁCORA DE REGISTRO PRÁCTICAS	39. INSTALACIONES SUFICIENTES	40. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO	41. MATERIALES NECESARIOS	PERSONAL DEL LABORATORIO →	42. PERSONAL SE CAPACITA.	43. PERSONAL SUFICIENTE	44. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	45. CONDICIONES FIS. Y SEG.
	ALMACÉN →	46. LIMPIEZA Y ORDEN	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. ESTANTES ADECUADOS Y SUFICIENTES	50. ACONDICIONADOS P/ALMACENAR HERRAMIENTAS Y FIJOS A LA PARED	51. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS			
OBSERVACIONES										
3	Requiere mantenimiento constante			16	Falta soporte y proyector		17	El inalámbrico se satura y falla		
20	Se requiere recarga			22	No se cuenta con salida de emergencia		40	Adquisición de dinamómetros		
42	Mtto. Microscopios. Curso de física disciplinar (Vernier, vectores, poleas)			43	Designar técnicos laboratoristas para apoyar las actividades en las prácticas.		51	No se ha requerido.		

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE


SUFICIENTE

[HIPERVÍNCULO](#)

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN →



Laboratorio:		<u>QUÍMICA</u>					INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo Labs-Talls-Química-Biología				
Atiende: Bachillerato Universitario Química I y II Aplicaciones de la Química Bioquímica	Certificado-2019 Recertificado-20-22 Certificado-2023	Certificado 2024	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS	
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS	
	19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD →	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA	
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO	
 Ver % de Funcionalidad	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN →	
	47. PROGRAMA DE MTTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS REALIZADAS	
	57. INSTALACIONES O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	61. ASIGNATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS: 4	PERSONAL DE LABORATORIO →	62. EL PERSONAL SE CAPACITA	63. ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	64. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	ALMACÉN →	
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA SEMESTRALMENTE EL LABORATORIO	
OBSERVACIONES											
9	Necesitan mantenimiento	20	Percudidas y una sin llave	22	No se cuenta con llave de paso						
23	Falta soporte y proyector	24	No se cuenta con Internet	28	No se han recargado						
30	No se cuenta con salida de emergencia	63	Personal insuficiente para la atención de usuarios Designar técnicos laboratoristas para apoyar las actividades en las prácticas. CURSO SUGERIDO: Mantenimiento de microscopios	74	Se ha fumigado una vez en 10 años.						
	Equipos que requieren de calibración: Balanza		Necesidades prioritarias del Laboratorio: Cubierta adecuada para las mesas								

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVÍNCULO

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN →