



Espacio Universitario: PLANTEL "MTR. JOSÉ IGNACIO PICHARDO PAGAZA" Titular de la Dirección LIC. EN COM. ANA VIANEY SUÁREZ CASTRO Encargada del Despacho. Marzo 2021 Tels. (716) 6-88-18-84 Ext. Univ. 7260

Nombre Laboratorista	Sin datos ***				Nombre del Laboratorio:	Multidisciplinario			
Grado Académico	Sin datos ***				Categoría:	Laboratorio			
Descarga de Dictámenes:	2021	2022	2023	2024	Clasificación:	Docencia			
Descarga de actualizaciones:	2019	2020	2022	2023	Requerimientos	2018	2019	2020	2021

Laboratorio:	MULTIDISCIPLINARIO: BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA					INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo Labs-Talls-Química-Biología				
	Atiende: Prácticas de laboratorio de Biología, Física y Química de Nivel Medio Superior	Certificado-2022 Biología Física Química	Certificados 2024 Biología Física Química	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFNTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN
9. ESTADO DE VENTANAS		10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS
19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS		20. ESTADO DE LAS TARIJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.	SEGURIDAD ➔	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA
28. EXTINTORES		29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. INSTALADA Y FUNCIONANDO
 Ver % de funcionalidad	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN ➔
	47. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS REALIZADAS
	57. INSTALACIONES O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	61. ASIGNATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS: 4	PERSONAL DE LABORATORIO ➔	62. EL PERSONAL SE CAPACITA	63. ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	64. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	ALMACÉN ➔
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA ONTRA PLAGAS



OBSERVACIONES

2	Dotar de las condiciones para personas con capacidades diferentes.	3	Piso resbaloso en tiempo de lluvias. Se sugiere colocar cintas antiderrapoantes.	12	Rectificar si el amperaje de las pastillas que controlan las mesas es el adecuado para la conexión de parrillas.
15	El abastecimiento de agua es a través de electricidad, si falla se quedan sin el servicio.	17	Colocar llaves de paso en el registro de distribución, uno para cada línea de mesas, además de una llave de paso general con acceso inmediato al responsable del laboratorio.	23	Habilitar con los recursos necesarios (como el proyector e internet) a la pantalla interactiva, para su óptima funcionalidad.
24	Revisar la conectividad para que mejore la recepción al interior del laboratorio.	28	Se enviaron a recargar y no han regresado	37	No están instaladas. Gestionar oficio a la Dirección de Recursos Materiales para su análisis e instalación adecuada.
46	En espera de ser aprobado. Enviado para revisión a las autoridades del Plantel.	58	Se carece de reactivos, solicitar su adquisición.	60	Falta equipo de destilación, parrilla de calentamiento con agitación y balanzas analíticas.
62	63 y 64. No tiene personal de laboratorio.	73	Se tiene ácido clorhídrico, sulfúrico y dicromato.	74	No se ha fumigado.