



Espacio Universitario: CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC

Director: M. EN C. ED. MARCO ANTONIO VILLEDA ESQUIVEL

Tels. (01-55)57873510, 57873626

Ext. Univ. 7020

LABORATORIOS			LABORATORIOS		
Laboratorio:	Redes	DOC	Laboratorio:	Electrónica	DOC
Responsable:	** Sin datos **		Responsable:	Dr. Rodolfo Zolá García Lozano	
Laboratorio:	Software	DOC	Laboratorio:	Mediciones	INV
Responsable:	Mtro. Juan de Jesús Amador Reyes		Responsable:	M en C.C. Enrique J. Tinajero Pérez	
Laboratorio:	Realidad Virtual	INV	Laboratorio:	Psicofisiología	DOC
Responsable:	Mtro. Juan de Jesús Amador Reyes		Responsable:	Dra. María Alejandra Favila Figueroa	
Documento soporte:	<a href="#">Descarga</a>		Próxima visita:		

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	REDES	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA: Ingeniería en computación	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →			
OBSERVACIONES								
* Extintores: Adquirir extintor y ubicarlo al interior del laboratorio.			Atiende el programa... Listar las Unidades de Aprendizaje a las que atiende el laboratorio.					

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	SOFTWARE	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA Ingeniería en Computación, Maestría en Ciencias de la Computación.	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>MATERIALES</b>		
OBSERVACIONES								
* Capacitación: Que el responsable del laboratorio defina el objetivo de la Certificación y presente por escrito el proyecto a las autoridades del Centro Universitario.				* Materiales: Se requieren de pilas recargables AA, cargadores de pilas, No-Brakes y kit de herramientas para PC.				

\*\*\*\*\*



Laboratorio: <b>REALIDAD VIRTUAL</b>		Clasificación: <b>INVESTIGACIÓN</b>		Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA Ingeniería en Computación, Maestría en Ciencias de la Computación.	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>REGLAMENTO INTERNO</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>ELECTRÓNICA</b>		Clasificación: <b>DOCENCIA</b>		Nombre del Laboratorio:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Ingeniería en Computación.	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	<b>EQUIPO</b>			
<b>OBSERVACIONES</b>								
* Equipo: Es necesaria la adquisición de 10 osciloscopios y 10 fuentes de poder.								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>MEDICIONES</b>		Clasificación: <b>INVESTIGACIÓN</b>		Nombre del Laboratorio:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Ingeniería en Computación.	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	<b>EQUIPO*</b>			
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*



Laboratorio:	<b>PSICOFISIOLOGÍA</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
<b>ATIENDE EL PROGRAMA</b> Licenciatura en Psicología	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<u>REGLAMENTO INTERNO</u>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>								
Observación integral: Se sugiere la reubicación del laboratorio a otro espacio amplio porque el espacio que ocupa en este momento está muy reducido, además de que presenta algunas fisuras en paredes; por tal motivo no tiene puerta de emergencia, extintores, señalizaciones, botiquín y solo pueden ingresar pocos alumnos a la vez.								

\*\*\*\*\*