



Espacio Universitario: FACULTAD DE ENFERMERÍA Director: DRA. EN A.D. ANDREA GUADALUPE SÁNCHEZ ARIAS Tels. (01-722) 2702357 2175880 Ext. Univ. 5040

LABORATORIOS			LABORATORIOS		
Laboratorio:	Clínico		Laboratorio	Bioquímica	
Responsable de Laboratorio:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio	CV:	Responsable de Laboratorio:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio	CV:
Laboratorio:	Gerontología		Laboratorio	Dietoterapia	
Responsable de Laboratorio:	Mtra. Enid Asvany Guzmán Caballero	CV: 01/10/2018	Responsable de Laboratorio:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio	CV:
Fecha de visita:	14/09/2018				
Próxima visita:					

Laboratorio:	<u>ENFERMERÍA CLÍNICA</u>				Nombre:	<u>LIC. EN ENF. MARÍA GUADALUPE MARÍN URBINA</u>			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMMO.	<u>LINEAMIENTOS APROBACIÓN</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ÁREAS DE TRABAJO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	RPBI	
OBSERVACIONES									
Techos: Se presentan goteras.			Señalización: Se encuentra incompleta.			RPBI: Falta lugar para su almacenamiento.			
Áreas de trabajo: Se requiere su ampliación									

Laboratorio:	<u>GERONTOLOGÍA</u>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMMO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA		
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTOR	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS		
OBSERVACIONES									
Materiales: Faltan juegos didácticos, consumibles.			Mantenimiento a equipos: Calibración de odómetros, básculas, glucómetros, baumanómetros.			Señalización: Completarla. Descargar la galería de: http://www.dia-uaemex.com.mx			

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



Laboratorio: BIOQUÍMICA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRD.MTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	CUARTO DE REACTIVOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Cuarto de reactivos: Identificar y almacenar los reactivos de acuerdo al grado de toxicidad, radioactividad e inflamabilidad.			Mantenimiento a equipos: Se requiere calibración de microscopios ópticos.					

Laboratorio: DIETOTERAPIA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRD.MTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Se sugiere darlo de baja debido a que no se realizan funciones de laboratorio.								