



Espacio Universitario: FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL Titular: MTRO. EN A.P. BENIGNO GONZÁLEZ GARCÍA Director Tels. (01-722) 2129246, 2194613 Ext. Univ. 5080

Maestro en Administración Pública

LABORATORIOS						LABORATORIOS				
Laboratorio:	UNIDAD DE LABORATORIOS Y CIENCIAS AMBIENTALES		DOC	Laboratorio:	UNIDAD DE LABORATORIO DE GEOMÁTICA 6					DOC
Responsable TM	DR. EN C. GUSTAVO ÁLVAREZ ARTEAGA			Responsable TM	M. EN C. A. ISIDRO COLINDRES JARDÓN					
Laboratorio:	UNIDAD DE LABORATORIO DE GEOMÁTICA 3		DOC	Laboratorio:	UNIDAD DE LABORATORIO DE GEOMÁTICA 7					INV
Responsable TM	M. EN C. A. ISIDRO COLINDRES JARDÓN			Responsable TM	M. EN C. A. ISIDRO COLINDRES JARDÓN					
Laboratorio:	UNIDAD DE LABORATORIO DE GEOMÁTICA 4		DOC	Laboratorio	LABORATORIO NACIONAL DE CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD					INV
Responsable TM	M. EN C. A. ISIDRO COLINDRES JARDÓN			Responsable:	DR. ARTURO VENANCIO FLORES					
Laboratorio:	UNIDAD DE LABORATORIO DE GEOMÁTICA 5		DOC	Total Laboratorios:	7	Total Talleres:	0			
Responsable TM	M. EN C. A. ISIDRO COLINDRES JARDÓN			Total Docencia:	5	Total Invest.	2	Total Extensión	0	
Documento soporte:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Resp. Planeación	M. en AP. Mariana Fabiola Rodríguez Flores		

Laboratorio:	UNIDAD DE LABORATORIOS Y CIENCIAS AMBIENTALES					INSTALACIONES Y MOBILIARIO				
Licenciaturas que Atiende: Licenciatura en Ciencias Ambientales	Certificado 2024	ACREDITADO	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA	17. LLAVES DE PASO DE GAS	18. ESTADO DE LOS BANCOS
	19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALAC. Y EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. COND. DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD ➔	27. TUBERÍAS CON COLOR DE LA NORMA
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTS ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO
	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAGE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAGE	44. BOTIQUÍN	45. CONOC. DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN ➔
Ver % de Funcionalidad		47. PROG MMTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REG. DE RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCT. VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO
57. INSTS. O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOB. NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DE LABORATORIO ➔	61. CURSOS DE ACTUAL. RECIENTES.	62. ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	63. CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	64. CONDICIONES DE TRABAJO FÍSICAS Y DE SEGURIDAD	ALMACÉN ➔	
65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SIST. INF. PARA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA	

OBSERVACIONES

5	Humedad en la parte inferior de la periferia del laboratorio.	8	Puerta colgada, cierra con dificultad.	19	Las manijas se desprendieron. Cuerda barrida.
28	Gestionar la recarga de los extintores	58	Se requiere Tamiz del No. 10 y 35.	59	Voltímetro (5), embudos, triángulo de porcelana, vaso de precipitados 150 ml. Asas de platino, cajas de Petri.

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVÍNCULO

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN ➔



NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVÍNCULO

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN ➔