



Espacio Universitario: PLANTEL "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" Titular de la Dirección: M. EN EDU. JOSÉ OLIVER VÁZQUEZ TORRES Tels. (01-722) 2155778, 2149866 Ext. Univ. 5500

Nombre Laboratorista	T.L.Q. Eugenia Delfina Hernández Vallejo	Nombre Lab.	T.L.Q. Rebeca Itzell Franco González
Nombre Laboratorista	T.L.C. Silvia Hernández Vallejo	Nombre Laboratorista	P. de T.L.Q. Miguel Ángel Alonso Ramírez
Laboratorios	Biología, Física y Química	Laboratorios	Biología, Física y Química
Currículum Vitae breve	<u>14/Agosto/2018</u>	Currículum Vitae breve	<u>14/Agosto/2018</u>

Nota: Para protección de datos personales, no estará disponible su currículum vitae, por favor mandarlo a: laboratoriosytalleresuam@hotmail.com y se colocará aquí la fecha de último envío.

Laboratorio:	<u>BIOLOGÍA</u>	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS <u>Aprobación HC-Gobierno</u> <u>Aprobación HC-Académico</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN*	LAVAOJOS	TECHOS	INSTALACIÓN	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	REACTIVOS	BITÁCORA LIMPIEZA EQUIP.-MATERIALES	HERRAMIENTAS
OBSERVACIONES								
Ventilación: Se requiere instalar extractor.			Tuberías: Fugas de agua. Instalar llaves de paso para cada mesa.			Puerta de emergencia: Proyectar su construcción		
El botiquín debe contener: Manual de primeros auxilios, tijeras, pinzas, gasa estéril, algodón, férula, alcohol antiséptico, venda de gasa, venda elástica, isopos, apósitos, curitas y no debe contener medicamento.					Instalación: Apertura de puerta para atención de alumnos.			

Laboratorio:	<u>FÍSICA</u>	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS <u>Aprobación HC-Gobierno</u> <u>Aprobación HC-Académico</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	BITÁCORA LIMPIEZA EQUIP.-MATERIALES	HERRAMIENTAS
OBSERVACIONES								
Puerta de emergencia: Proyectar su construcción			Tuberías: Fugas de agua. Instalar llaves de paso para cada mesa.					

Laboratorio:	<u>QUÍMICA</u>	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS <u>Aprobación HC-Gobierno</u> <u>Aprobación HC-Académico</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN*	LAVAOJOS	REGADERA	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
OBSERVACIONES								
* Campanas de extracción: Se requiere gestionar adquisición.			Ventilación: Se requiere instalar extractor.			Puerta de emergencia: Proyectar su construcción		