



Espacio Universitario: PLANTEL "IGNACIO RAMÍREZ CALZADA" Titular de la Dirección M. EN E.P.D. ANA MARÍA ENRÍQUEZ ESCALONA Tels. (01-722) 2151072, 2131926. Ext. Univ. 5560

Nombre Laboralista	Ricardo Cohen Camarena				Nombre Lab.	Anari Gisel Ponce García
Grado Académico	Técnico Laboralista				Grado Académico	Ing. en Biotecnología
Laboratorio	Química, Física y Biología				Laboratorio	Química, Física y Biología
Descarga soporte:	2018	2019	2020	2021	Currículum Vitae breve	
Nota: Para protección de datos personales, no estará disponible su currículum vitae, por favor mandarlo a: laboratoriosytalleresuaem@hotmail.com y se colocará aquí la fecha de último envío.						

Laboratorio:	BIOLOGÍA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO 9001:2015)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS ACTA DE CONSEJO	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	LAVAOJOS Y REGADERA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio:	FÍSICA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO 9001:2015)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	HERRAMIENTAS		
OBSERVACIONES								

Laboratorio:	QUÍMICA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO 9001:2015)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	LAVAOJOS	EDO. TUBERÍAS	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	ORDEN	LIMPIEZA	MATERIALES
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	REACTIVOS		
OBSERVACIONES								
* CAMPANA DE EXTRACCIÓN: No funciona debido a mala instalación. * Ventilación: Un extractor no funciona.			* Reactivos: se requiere de 1 Galón de ácido clorhídrico químicamente puro.			* Se requiere conexión a internet vía alámbrica.		