



Espacio Universitario: PLANTEL "IGNACIO RAMÍREZ CALZADA" Titular de la Dirección: M. EN E.P.D. ANA MARÍA ENRÍQUEZ ESCALONA Tels. (01-722) 2151072, 2131926. Ext. Univ. 5560

Nombre Laboratorista	Ricardo Cohen Camarena	Nombre Lab.	Andrea Fabiola Carapia Hernández
Grado Académico	Técnico Laboratorista	Grado Académico	IBT.
Laboratorio	Química, Física y Biología	Laboratorio	Química, Física y Biología
Documento soporte	Descarga	Currículum Vitae breve	

Nota: Para protección de datos personales, no estará disponible su currículum vitae, por favor mandarlo a: laboratoriosytalleresuaem@hotmail.com y se colocará aquí la fecha de último envío.

Laboratorio:	BIOLÓGIA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS ACTA DE CONSEJO	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	LAVAOJOS Y REGADERA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
OBSERVACIONES								
Iluminación: Cambiar lámparas fundidas a tipo Led.			Pisos: Cuarteado.			Señalización: Falta el de incendio-sismo.		
Botiquín: Se requiere su gestión.								

Laboratorio:	FÍSICA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES								
Señalización: Falta visualizar diversas señaléticas.			Botiquín: Falta integrarlo.			Materiales: Se requiere la dotación de 5 kits.		
Herramientas: Adquirir: pinzas de corte, desarmadores.								

Laboratorio:	QUÍMICA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA EDUCATIVO: Nivel Medio Superior	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO (PBC-SINEMS)	MANUALES DE PRÁCTICAS	PROCDMTO PRACTICAS	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	BITÁCORA DE USO DE LABS
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	LAVAOJOS	REGADERA	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
OBSERVACIONES								



Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Docencia
Dirección de Infraestructura Académica



**GUÍA RÁPIDA DEL ESTADO
DE LABORATORIOS Y
TALLERES**
Fecha-Actualización:
09/11/2018

* Iluminación: Cambiar lámparas fundidas a tipo Led. * CAMPANA DE EXTRACCIÓN: No funciona debido a mala instalación.	* REGADERA: Reubicarla adecuadamente. * Ventilación: Un extractor no funciona.
* Reactivos: se requiere de 1 Galón de ácido clorhídrico químicamente puro, papel filtro adecuado, papel Ph marca Whatman	* Se requiere conexión a internet vía alámbrica